

## 附件1

## 国家医疗器械跟踪抽验不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	被抽查单位	标示生产企业	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	抽样单位	检验单位	不符合标准规定项
1	一次性使用输液器-带针	洪湖泰宁医疗器械有限公司	洪湖泰宁医疗器械有限公司	0.55×19/AD-B1	42102	湖北省食品药品监督管理局	湖北医疗器械质量监督检验中心	滴斗与滴管
2	一次性使用输液器-带针	圣光医用制品有限公司	圣光医用制品有限公司	0.6×25 TWLB/A3	141212	河南省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院	注射件
3	一次性使用输液器-带针	沈阳奉达医疗器械有限公司	沈阳奉达医疗器械有限公司	0.55×18mm/A1-1	20141218	辽宁省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院	色标
4	天然胶乳橡胶避孕套	晋江市康乐乳胶用品有限公司	晋江市康乐乳胶用品有限公司	52±2mm/浮点型	15041112B	福建省食品药品监督管理局	中国食品药品检定研究院	未经老化爆破体积和压力