

FLUXANA 校准包—水泥，熟料，生料

安装天数 2
 标准物质数量 21
 助熔剂基体 FX-X100
 熔样炉机型 VULCAN

产品货号

现场安装2天 CS-0001-K
 校准玻片 (2个) FLX-Z1/Z2
 校准套装 (珠状, 40mm) CS-0001
 验证套装 (粉末, 2 × 10g) CS-0001-VP10
 FX-X100助熔剂 (2kg) FX-X100-2
总括 CS-0001-Set

可选包

验证套装 (粉末, 2 × 10g) CS-0001-VP10
 验证套装 (粉末, 2 × 20g) CS-0001-VP20
 FX-X100助熔剂 (20kg) FX-X100-2
 校准套装 (粉末, 21 × 10g) CS-0001-CP10

成分组成	最小值	最大值
	%	%
Na ₂ O	0	1.0
MgO	0	5.0
Al ₂ O ₃	3.5	10.0
SiO ₂	19	30.0
P ₂ O ₅	0	0.4
SO ₃	2	5.0
K ₂ O	0	1.3
CaO	49	70.0
TiO ₂	0	0.7
Cr ₂ O ₃	0	0.06
Mn ₂ O ₃	0	0.5
Fe ₂ O ₃	0	4.0
ZnO	0	0.07
SrO	0	0.7

FLUXANA 校准包—水泥，原材料

安装天数	3
标准物质数量	46
助熔剂基体	FX-X100
熔样炉机型	VULCAN

	产品货号
现场安装3天	CS-0001/7-K
校准套装（珠状，40mm）	CS-0001/7
验证套装（粉末，9×10g）	CS-0001/7-VP
FX-X100助熔剂（2kg）	FX-X100-2
FX-X65助熔剂（2kg）	FX-X65-2
FX-ADD3溴化锂	FX-ADD3
校准玻片（2个）	FLX-Z1/Z2
总括	CS-0001/7-Set

可选包

FX-X100助熔剂（20kg）	FX-X100-2
FX-X65助熔剂（20kg）	FX-X65-2
水泥校准套装（粉末，21×10g）	CS-0001-CP10
原材料校准套装（粉末，25×10g）	CS-0007-CP10

成分组成	水泥		原材料	
	最小值	最大值	最小值	最大值
	%	%	%	%
Na2O	0	1.0	0	3.5
MgO	0	5.0	0	40.0
Al2O3	3.5	10.0	0	90.0
SiO2	19	30.0	0	100.0
P2O5	0	0.4	0	7.4
SO3	2	5.0	0	58.0
K2O	0	1.3	0	5.0
CaO	49	70.0	0	100.0
TiO2	0	0.7	0	4.0
Cr2O3	0	0.06	0	0.1
Mn3O4	0	0.5	0	0.9
Fe2O3	0	4.0	0	100.0
ZnO	0	0.07	0	0.07
SrO	0	0.7	0	0.7

FLUXANA 校准包—原材料

安装天数 2
 标准物质数量 25
 助熔剂基体 FX-X100
 熔样炉机型 VULCAN

	<u>产品货号</u>
现场安装2天	CS-0007-K
校准套装 (珠状, 40mm)	CS-0007
验证套装 (粉末, 7 × 10g)	CS-0007-VP10
FX-X100助熔剂 (2kg)	FX-X100-2
FX-X65-2石膏助熔剂	FX-X65-2
FX-ADD3溴化锂	FX-ADD3
校准玻片 (2个)	FLX-Z1/Z2
总括	CS-0007-Set

可选包

验证套装 (粉末, 7 × 30g)	CS-0007-VP30
FX-X100助熔剂 (20kg)	FX-X100-2
FX-X65助熔剂 (20kg)	FX-X65-2
校准套装 (粉末, 25 × 10g)	CS-0007-CP10
校准套装 (粉末, 25 × 20g)	CS-0007-CP20

成分组成	最小值	最大值
	%	%
Na₂O	0	3.5
MgO	0	40.0
Al₂O₃	0	90.0
SiO₂	0	100.0
P₂O₅	0	7.4
SO₃	0	58.0
K₂O	0	5.0
CaO	0	100.0
TiO₂	0	4.0
Cr₂O₃	0	0.1
Mn₃O₄	0	0.9
Fe₂O₃	0	100.0
ZnO	0	0.07
SrO	0	0.7