

## 食品中防腐劑之檢驗方法修正草案對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>1. 適用範圍：本檢驗方法適用於食品中酸類防腐劑[苯甲酸(benzoic acid)、己二烯酸(sorbic acid)、去水醋酸(dehydroacetic acid)、對羥苯甲酸(<i>p</i>-hydroxybenzoic acid)、水楊酸(salicylic acid)]及酯類防腐劑[對羥苯甲酸甲酯(methyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)、對羥苯甲酸乙酯(ethyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)、對羥苯甲酸異丙酯(isopropyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)、對羥苯甲酸丙酯(propyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)、對羥苯甲酸第二丁酯(secbutyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)、對羥苯甲酸異丁酯(isobutyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)及對羥苯甲酸丁酯(butyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)]之檢驗。</p> <p>2. 檢驗方法：檢體經直接稀釋或振盪萃取或水蒸氣蒸餾後，以高效液相層析儀(high performance liquid chromatograph, HPLC)分析之方法。</p> <p>2.1. 裝置：</p> <p>2.1.1. 高效液相層析儀：</p> <p>2.1.1.1. 檢出器：光二極體陣列檢出器(photodiode array detector)。</p> <p>2.1.1.2. 層析管：ACE C18-AR，5 μm，內徑 4.6 mm × 25 cm，或同級品。</p> <p>2.1.2. 離心機(Centrifuge)：轉速可達 3500 rpm 者。</p> <p>2.1.3. 超音波振盪器(Ultrasonicator)。</p> <p>2.1.4. 蒸餾裝置(Distillation apparatus)。</p> <p>2.2. 試藥：氫氧化鈉、檸檬酸(C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>7</sub> · H<sub>2</sub>O)、檸檬酸三鈉</p>	<p>1. 適用範圍：本檢驗方法適用於食品中酸類防腐劑[苯甲酸(benzoic acid)、己二烯酸(sorbic acid)、去水醋酸(dehydroacetic acid)、對羥苯甲酸(<i>p</i>-hydroxybenzoic acid)、水楊酸(salicylic acid)]及酯類防腐劑[對羥苯甲酸甲酯(methyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)、對羥苯甲酸乙酯(ethyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)、對羥苯甲酸異丙酯(isopropyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)、對羥苯甲酸丙酯(propyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)、對羥苯甲酸第二丁酯(secbutyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)、對羥苯甲酸異丁酯(isobutyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)及對羥苯甲酸丁酯(butyl <i>p</i>-hydroxybenzoate)]之檢驗。</p> <p>2. 檢驗方法：檢體經直接稀釋或振盪萃取或水蒸氣蒸餾後，以高效液相層析儀(high performance liquid chromatograph, HPLC)分析之方法。</p> <p>2.1. 裝置：</p> <p>2.1.1. 高效液相層析儀：</p> <p>2.1.1.1. 檢出器：光二極體陣列檢出器(photodiode array detector)。</p> <p>2.1.1.2. 層析管：ACE C18-AR，5 μm，內徑 4.6 mm × 25 cm，或同級品。</p> <p>2.1.2. 離心機(Centrifuge)：轉速可達 3500 rpm 者。</p> <p>2.1.3. 超音波振盪器(Ultrasonicator)。</p> <p>2.1.4. 蒸餾裝置(Distillation apparatus)。</p> <p>2.2. 試藥：氫氧化鈉、檸檬酸(C<sub>6</sub>H<sub>8</sub>O<sub>7</sub> · H<sub>2</sub>O)、檸檬酸三鈉</p>	<p>修正附註二水蒸氣蒸餾法之適用分析品項</p>

( $\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) 及酒石酸均採用試藥特級；氯化鈉採試藥級；甲醇及乙腈均採用液相層析級；去離子水(比電阻於  $25^\circ\text{C}$  可達  $18\text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$  以上)；苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、對羥苯甲酸、水楊酸、對羥苯甲酸甲酯、對羥苯甲酸乙酯、對羥苯甲酸異丙酯、對羥苯甲酸丙酯、對羥苯甲酸第二丁酯、對羥苯甲酸異丁酯及對羥苯甲酸丁酯對照用標準品。

### 2.3. 器具及材料：

2.3.1. 蒸餾瓶：500 mL。

2.3.2. 離心管：50 mL，PP 材質。

2.3.3. 容量瓶：50 mL、100 mL、200 mL、500 mL 及 1000 mL。

2.3.4. 濾膜：孔徑  $0.45\ \mu\text{m}$ ，Nylon 材質。

### 2.4. 試劑之調製：

2.4.1. 50% 甲醇溶液：

取甲醇及去離子水，以 1:1 (v/v) 之比例混勻。

2.4.2. 0.1N 氫氧化鈉溶液：

稱取氫氧化鈉 0.4 g，以去離子水溶解使成 100 mL。

2.4.3. 5 mM 檸檬酸緩衝溶液：

稱取檸檬酸 7.0 g 及檸檬酸三鈉 6.0 g，以去離子水溶解使成 1000 mL。臨用時再以去離子水稀釋 10 倍，以濾膜過濾。

2.4.4. 15% 酒石酸溶液：

稱取酒石酸 15 g，以去離子水溶解使成 100 mL。

### 2.5. 移動相溶液之調製：

2.5.1. 移動相溶液 A：5 mM 檸檬酸緩衝溶液。

2.5.2. 移動相溶液 B：

取甲醇與乙腈以 1:2 (v/v) 之比例混勻後，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液 B。

2.5.3. 移動相溶液 C：

取甲醇、乙腈及 5 mM 檸檬酸緩衝溶液以 1:2:7 (v/v/v) 之比例

( $\text{Na}_3\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) 及酒石酸均採用試藥特級；氯化鈉採試藥級；甲醇及乙腈均採用液相層析級；去離子水(比電阻於  $25^\circ\text{C}$  可達  $18\text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$  以上)；苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、對羥苯甲酸、水楊酸、對羥苯甲酸甲酯、對羥苯甲酸乙酯、對羥苯甲酸異丙酯、對羥苯甲酸丙酯、對羥苯甲酸第二丁酯、對羥苯甲酸異丁酯及對羥苯甲酸丁酯對照用標準品。

### 2.3. 器具及材料：

2.3.1. 蒸餾瓶：500 mL。

2.3.2. 離心管：50 mL，PP 材質。

2.3.3. 容量瓶：50 mL、100 mL、200 mL、500 mL 及 1000 mL。

2.3.4. 濾膜：孔徑  $0.45\ \mu\text{m}$ ，Nylon 材質。

### 2.4. 試劑之調製：

2.4.1. 50% 甲醇溶液：

取甲醇及去離子水，以 1:1 (v/v) 之比例混勻。

2.4.2. 0.1N 氫氧化鈉溶液：

稱取氫氧化鈉 0.4 g，以去離子水溶解使成 100 mL。

2.4.3. 5 mM 檸檬酸緩衝溶液：

稱取檸檬酸 7.0 g 及檸檬酸三鈉 6.0 g，以去離子水溶解使成 1000 mL。臨用時再以去離子水稀釋 10 倍，以濾膜過濾。

2.4.4. 15% 酒石酸溶液：

稱取酒石酸 15 g，以去離子水溶解使成 100 mL。

### 2.5. 移動相溶液之調製：

2.5.1. 移動相溶液 A：5 mM 檸檬酸緩衝溶液。

2.5.2. 移動相溶液 B：

取甲醇與乙腈以 1:2 (v/v) 之比例混勻後，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液 B。

2.5.3. 移動相溶液 C：

取甲醇、乙腈及 5 mM 檸檬酸緩衝溶液以 1:2:7 (v/v/v) 之比例

混勻後，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液 C。

#### 2.5.4. 移動相溶液 D：

取甲醇及 5 mM 檸檬酸緩衝溶液以 6：4 (v/v) 之比例混勻後，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液 D。

#### 2.6. 標準溶液之配製：

取苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、對羥苯甲酸及水楊酸對照用標準品各約 50 mg，精確稱定，分別置於 100 mL 容量瓶中，以 0.1N 氫氧化鈉溶液 5 mL 溶解後，加去離子水定容，作為酸類防腐劑標準原液；取對羥苯甲酸甲酯、對羥苯甲酸乙酯、對羥苯甲酸異丙酯、對羥苯甲酸丙酯、對羥苯甲酸第二丁酯、對羥苯甲酸異丁酯及對羥苯甲酸丁酯對照用標準品各約 50 mg，精確稱定，分別置於 100 mL 容量瓶中，以 50% 甲醇溶液溶解並定容，作為酯類防腐劑標準原液。臨用時各取適量標準原液混合，以 50% 甲醇溶液稀釋至 0.25 ~ 100 µg/mL，供作標準溶液。

#### 2.7. 檢液之調製：

##### 2.7.1. 稀釋法(適用液體檢體)：

含二氧化碳之檢體應先去除二氧化碳，取檢體約 5 g，精確稱定，以 50% 甲醇溶液定容至 100 mL，混勻後，靜置 10 分鐘，經濾膜過濾，取濾液供作檢液。

##### 2.7.2. 萃取法：

將檢體均質混勻後，取約 5 g，精確稱定，加入 50% 甲醇溶液 50 mL，經超音波振盪 30 分鐘後，以 50% 甲醇溶液定容至 100 mL，取試量萃取液，於 3500 rpm 離心 10 分鐘，取上清液經濾膜過濾後，取濾液供作檢液。

##### 2.7.3. 水蒸氣蒸餾法：

將檢體均質混勻後，取約 25 g，精確稱定，置於蒸餾瓶中，加入

混勻後，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液 C。

#### 2.5.4. 移動相溶液 D：

取甲醇及 5 mM 檸檬酸緩衝溶液以 6：4 (v/v) 之比例混勻後，以濾膜過濾，取濾液供作移動相溶液 D。

#### 2.6. 標準溶液之配製：

取苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸、對羥苯甲酸及水楊酸對照用標準品各約 50 mg，精確稱定，分別置於 100 mL 容量瓶中，以 0.1N 氫氧化鈉溶液 5 mL 溶解後，加去離子水定容，作為酸類防腐劑標準原液；取對羥苯甲酸甲酯、對羥苯甲酸乙酯、對羥苯甲酸異丙酯、對羥苯甲酸丙酯、對羥苯甲酸第二丁酯、對羥苯甲酸異丁酯及對羥苯甲酸丁酯對照用標準品各約 50 mg，精確稱定，分別置於 100 mL 容量瓶中，以 50% 甲醇溶液溶解並定容，作為酯類防腐劑標準原液。臨用時各取適量標準原液混合，以 50% 甲醇溶液稀釋至 0.25 ~ 100 µg/mL，供作標準溶液。

#### 2.7. 檢液之調製：

##### 2.7.1. 稀釋法(適用液體檢體)：

含二氧化碳之檢體應先去除二氧化碳，取檢體約 5 g，精確稱定，以 50% 甲醇溶液定容至 100 mL，混勻後，靜置 10 分鐘，經濾膜過濾，取濾液供作檢液。

##### 2.7.2. 萃取法：

將檢體均質混勻後，取約 5 g，精確稱定，加入 50% 甲醇溶液 50 mL，經超音波振盪 30 分鐘後，以 50% 甲醇溶液定容至 100 mL，取試量萃取液，於 3500 rpm 離心 10 分鐘，取上清液經濾膜過濾後，取濾液供作檢液。

##### 2.7.3. 水蒸氣蒸餾法：

將檢體均質混勻後，取約 25 g，精確稱定，置於蒸餾瓶中，加入

15%酒石酸溶液 15 mL、氯化鈉 60 g 及去離子水 150 mL，以水蒸氣蒸餾之，以每分鐘約 10 mL 之速度收集餾出液約 490 mL，以去離子水定容至 500 mL，經濾膜過濾後，取濾液供作檢液。

2.8. 鑑別試驗及含量測定：  
精確量取檢液及標準溶液各 10 μL，分別注入高效液相層析儀中，依下列條件進行液相層析，就檢液與標準溶液所得波峰之滯留時間及吸收圖譜比較鑑別之，並依下列計算式求出檢體中各防腐劑之含量(g/kg)：

$$\text{檢體中各防腐劑之含量(g/kg)} = \frac{C \times V \times F}{M \times 1000}$$

C：由標準曲線求得檢液中各防腐劑之濃度(μg/mL)

V：檢體最後定容之體積(mL)

M：取樣分析檢體之重量(g)

F：換算值<sup>(註)</sup>

註：檢體檢出酯類防腐劑時，以對羥苯甲酸含量計，其換算值如下表：

酯類防腐劑	分子	對羥苯甲酸之換算值
對羥苯甲酸甲酯	152.15	0.9077
對羥苯甲酸乙酯	166.17	0.8311
對羥苯甲酸異丙酯	180.20	0.7664
對羥苯甲酸丙酯	180.20	0.7664
對羥苯甲酸第二丁酯	194.23	0.7111
對羥苯甲酸異丁酯	194.23	0.7111
對羥苯甲酸丁酯	194.23	0.7111
對羥苯甲酸	138.12	1

高效液相層析測定條件：  
層析管：ACE C18-AR，5 μm，內徑 4.6 mm × 25 cm。

移動相流速：1 mL/min。

層析測定條件 1：

光二極體陣列檢出器：波長 230

15%酒石酸溶液 15 mL、氯化鈉 60 g 及去離子水 150 mL，以水蒸氣蒸餾之，以每分鐘約 10 mL 之速度收集餾出液約 490 mL，以去離子水定容至 500 mL，經濾膜過濾後，取濾液供作檢液。

2.8. 鑑別試驗及含量測定：  
精確量取檢液及標準溶液各 10 μL，分別注入高效液相層析儀中，依下列條件進行液相層析，就檢液與標準溶液所得波峰之滯留時間及吸收圖譜比較鑑別之，並依下列計算式求出檢體中各防腐劑之含量(g/kg)：

$$\text{檢體中各防腐劑之含量(g/kg)} = \frac{C \times V \times F}{M \times 1000}$$

C：由標準曲線求得檢液中各防腐劑之濃度(μg/mL)

V：檢體最後定容之體積(mL)

M：取樣分析檢體之重量(g)

F：換算值<sup>(註)</sup>

註：檢體檢出酯類防腐劑時，以對羥苯甲酸含量計，其換算值如下表：

酯類防腐劑	分子	對羥苯甲酸之換算值
對羥苯甲酸甲酯	152.15	0.9077
對羥苯甲酸乙酯	166.17	0.8311
對羥苯甲酸異丙酯	180.20	0.7664
對羥苯甲酸丙酯	180.20	0.7664
對羥苯甲酸第二丁酯	194.23	0.7111
對羥苯甲酸異丁酯	194.23	0.7111
對羥苯甲酸丁酯	194.23	0.7111
對羥苯甲酸	138.12	1

高效液相層析測定條件：  
層析管：ACE C18-AR，5 μm，內徑 4.6 mm × 25 cm。

移動相流速：1 mL/min。

層析測定條件 1：

光二極體陣列檢出器：波長 230

<p>nm (水楊酸、苯甲酸及去水醋酸)、256 nm (對羥苯甲酸及其酯類)及 260 nm (己二烯酸)。          移動相溶液:A液與B液以下列條件進行梯度分析</p>	<p>nm (水楊酸、苯甲酸及去水醋酸)、256 nm (對羥苯甲酸及其酯類)及 260 nm (己二烯酸)。          移動相溶液:A液與B液以下列條件進行梯度分析</p>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>時間(min)</th> <th>A (%)</th> <th>B (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 → 5</td> <td>78 → 73</td> <td>22 → 27</td> </tr> <tr> <td>5 → 20</td> <td>73 → 63</td> <td>27 → 37</td> </tr> <tr> <td>20 → 50</td> <td>63 → 33</td> <td>37 → 67</td> </tr> <tr> <td>50 → 65</td> <td>33 → 78</td> <td>67 → 22</td> </tr> </tbody> </table>	時間(min)	A (%)	B (%)	0 → 5	78 → 73	22 → 27	5 → 20	73 → 63	27 → 37	20 → 50	63 → 33	37 → 67	50 → 65	33 → 78	67 → 22	<table border="1"> <thead> <tr> <th>時間(min)</th> <th>A (%)</th> <th>B (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 → 5</td> <td>78 → 73</td> <td>22 → 27</td> </tr> <tr> <td>5 → 20</td> <td>73 → 63</td> <td>27 → 37</td> </tr> <tr> <td>20 → 50</td> <td>63 → 33</td> <td>37 → 67</td> </tr> <tr> <td>50 → 65</td> <td>33 → 78</td> <td>67 → 22</td> </tr> </tbody> </table>	時間(min)	A (%)	B (%)	0 → 5	78 → 73	22 → 27	5 → 20	73 → 63	27 → 37	20 → 50	63 → 33	37 → 67	50 → 65	33 → 78	67 → 22	
時間(min)	A (%)	B (%)																														
0 → 5	78 → 73	22 → 27																														
5 → 20	73 → 63	27 → 37																														
20 → 50	63 → 33	37 → 67																														
50 → 65	33 → 78	67 → 22																														
時間(min)	A (%)	B (%)																														
0 → 5	78 → 73	22 → 27																														
5 → 20	73 → 63	27 → 37																														
20 → 50	63 → 33	37 → 67																														
50 → 65	33 → 78	67 → 22																														
<p>層析測定條件 2：          光二極體陣列檢出器：波長 230 nm (水楊酸、苯甲酸及去水醋酸)、256 nm (對羥苯甲酸)及 260 nm (己二烯酸)。          移動相溶液：C 液。          層析測定條件 3：          光二極體陣列檢出器：波長 256 nm (對羥苯甲酸酯類)。          移動相溶液：D 液。</p>	<p>層析測定條件 2：          光二極體陣列檢出器：波長 230 nm (水楊酸、苯甲酸及去水醋酸)、256 nm (對羥苯甲酸)及 260 nm (己二烯酸)。          移動相溶液：C 液。          層析測定條件 3：          光二極體陣列檢出器：波長 256 nm (對羥苯甲酸酯類)。          移動相溶液：D 液。</p>																															
<p>附註：          1. 本檢驗方法酸類防腐劑之定量極限均為 0.02 g/kg；酯類防腐劑之定量極限均為 0.005 g/kg。          2. 採稀釋法或萃取法均不可行時，可採水蒸氣蒸餾法，惟該法僅適用於<u>苯甲酸、己二烯酸及去水醋酸</u>之分析。          3. 食品中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。          4. 以液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)進行確認時，其LC/MS/MS 之多重反應偵測(multiple reaction monitoring, MRM)模式參考參數如附表。</p>	<p>附註：          1. 本檢驗方法酸類防腐劑之定量極限均為 0.02 g/kg；酯類防腐劑之定量極限均為 0.005 g/kg。          2. 採稀釋法或萃取法均不可行時，可採水蒸氣蒸餾法，惟該法僅適用於<u>酸類防腐劑</u>之分析。          3. 食品中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。          4. 以液相層析串聯質譜儀(LC/MS/MS)進行確認時，其LC/MS/MS 之多重反應偵測(multiple reaction monitoring, MRM)模式參考參數如附表。</p>																															

附表、苯甲酸等 12 項防腐劑之液相層析串聯質譜儀多重反應偵測模式參數

分析物	電灑離子化模式	定量離子對			定性離子對		
		前驅離子( $m/z$ ) > 產物離子( $m/z$ )	去簇電壓 (V)	碰撞能量 (eV)	前驅離子( $m/z$ ) > 產物離子( $m/z$ )	去簇電壓 (V)	碰撞能量 (eV)
苯甲酸	ESI <sup>-</sup>	121 > 77	-40	-15	—	—	—
己二烯酸	ESI <sup>+</sup>	113 > 95	21	15	113 > 67	21	21
去水醋酸	ESI <sup>+</sup>	169 > 85	42	27	169 > 127	42	18
對羥苯甲酸	ESI <sup>-</sup>	137 > 93	-27	-16	137 > 65	-27	-40
水楊酸	ESI <sup>-</sup>	137 > 93	-27	-26	137 > 65	-27	-41
對羥苯甲酸甲酯	ESI <sup>-</sup>	151 > 92	-37	-29	151 > 136	-37	-20
對羥苯甲酸乙酯	ESI <sup>-</sup>	165 > 92	-30	-31	165 > 137	-30	-18
對羥苯甲酸異丙酯	ESI <sup>-</sup>	179 > 92	-38	-32	179 > 137	-38	-19
對羥苯甲酸丙酯	ESI <sup>-</sup>	179 > 92	-38	-32	179 > 137	-38	-20
對羥苯甲酸第二丁酯	ESI <sup>-</sup>	193 > 92	-39	-32	193 > 136	-39	-22
對羥苯甲酸異丁酯	ESI <sup>-</sup>	193 > 92	-39	-32	193 > 136	-39	-21
羥羥苯甲酸丁酯	ESI <sup>-</sup>	193 > 92	-39	-32	193 > 136	-39	-21

註：上述參數不適時，依所使用之儀器，設定適合之參數。