

隔热性测试仪

型号: TGT:001

隔热性是羽毛被褥性能的一个重要指标。

WIRA 隔热性测试仪按照 BS 5335 Part 1 方法测试。待测样品水平放置在已加热的桌子上面，桌子内部安装有温度测量传感器，以测量加热盘上下的温度，另外一套传感器固定在待测样品的上方，固定高度可以调节。

一个基于 PC 的监测系统记录从传感器获得的数据。仪器显示屏帮助操作者确保每一次的测量均在正确的仪器设置下进行。

测量值可以通过 PC 自动计算出来。

符合标准: BS 5335 Part 1-1991