



北京时代新维测控设备有限公司

Beijing TimePower Measure and Control Equipment Co.Ltd

电话: 010-52779469, 010-52779470, 13910057437 传真: 010-51090338 公司网址: [www.timepower.cn](http://www.timepower.cn)

## TP542 石油产品灰分测定仪

### 型号: TP542

TP542 石油产品灰分测定仪是依据 GB/T508、GB/T2433、SH/T0067 标准设计制造的, 用于测定石油产品的灰分。

### 生产厂家

北京时代新维测控设备有限公司

### 功能特点

- 炉膛内两侧和顶部三面加热, 确保温度分布均匀
- 双层炉壳结构稳定
- 箱壳内采用优质钢板冲压焊接而成, 经久耐用
- 采用优质的真空纤维炉膛保温效果好, 升温速度快, 节能省电显著

### 技术参数

电源电压: 交流 220V $\pm$ 10% 50Hz $\pm$ 10%

温度范围: 0 $^{\circ}$ C~1000 $^{\circ}$ C

测温精度:  $\pm$ 3 $^{\circ}$ C

温度控制: 775 $\pm$ 25 $^{\circ}$ C

控温元件: 热电偶

升温速度: 900 $^{\circ}$ C < 20min

整机功率: 3.5KW

瓷坩埚: 50ml、100ml、120ml、150ml

### 标准配置

序号	名称	规格、型号	单位	数量	备注
1	石油产品灰分测定仪主机	TP542	台	1	
2	热电偶		个	1	内置
3	烟筒		个	1	内置
4	使用说明书	TP542	份	1	
5	合格证	TP542	份	1	
6	保修卡	TP542	份	1	

