





## 计量认证 (CMA) 证书



## 公司简介

2011年公司注册在上海康桥工业园区，是一家独立法人的有限公司，位于上海张江高科技园区和上海国际医学园区之间，方向是从事实验室生物安全检测方法和实验室生物安全方面的计量认证。


我们拥有一批专业知识扎实，多年从事计量认证工作的管理人员和检测经验丰富的技术人员，完善的CMA实验室质量管理体系。我们深度研究了世界卫生组织《实验室生物安全手册》，中国的《生物安全柜》YY0569,中国的《实验室生物安全通用要求》GB19498,美国标准NSF/ANSI49-2002《Class II (层流)生物安全柜》、欧洲标准EN12469:2000《生物技术-生物安全柜性能要求》等等。我们按照相应的国标/行标配备了先进的检测仪器和实验设备，如英国的CONTAINMENT KD2、美国ATI公司的2H和6C、美国TSI公司风速仪等著名公司的专用产品，并按标准建立了一个专用的微生物实验室。

2012年11月我们获得了上海市质量技术监督局颁发的资质认定证书（计量认证），具备了生物安全柜、洁净工作台、排风柜、医药工业洁净室（区）、生物安全实验室的计量认证资质。

我们希望通过我们团队的努力能为中国实验室安全尽绵薄之力。

## CMA类检测能力表

类别	检测项目	类别	检测项目	
生物安全柜	外观	生物安全实验室	高效过滤器检漏	
	高效过滤器完整性		气流流向	
	噪声		室内送风量	
	照度		静压差	
	下降气流流速		空气洁净度	
	流入气流流速		温度	
	气流模式		相对湿度	
	集液槽泄漏		噪声	
	温升	照度		
	洁净工作台	人员保护生物检测	医药工业洁净室(区)	回风量
		产品保护生物检测		送风量
		交叉污染保护生物检测		截面平均风速
		高效过滤器检漏		排风量
洁净度		静压值		
垂直气流平均风速		温度		
工作窗口进风平均风速		相对湿度		
气流流向		噪声		
扫描检漏		照度		
引射作用		空气洁净度等级		
排风柜		截面风速	浮游菌	
		进风风速	沉降菌	
		非单向流洁净工作台风量	尺寸	
	空气洁净度	流动显示		
	噪声	面风速		
	照度	补风量		
	操作空间气流状态	阻力		



## 检测标准 (国标/行标)

1. YY 0569-2011 《生物安全柜》
2. JG 170-2005 《生物安全柜》
3. JG/T 292-2010 《洁净工作台》
4. JB/T6412-1999 《排风柜》
5. GB 50591-2010 《洁净室施工及验收规范》
6. GB 50346-2011 《生物安全实验室建筑技术规范》
7. GB/T 16292-2010 《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》
8. GB/T 16293-2010 《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》
9. GB/T 16294-2010 《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》

