

# RBY-4 型自动融变时限检查仪

市场价：

促销折扣：请致电 0512-50170283

正品防伪码查询可扫描下面二维码



RBY-4 型自动融变时限检查仪，是根据《中华人民共和国药典》中关于“栓剂融变时限检查法”的要求而设计生产的机电一体化产品，用于栓剂及阴道片等固体制剂在规定条件下的融化、软化或溶散情况的检查。RBY-4 型自动融变时限检查仪采用单片机控制恒温水浴，具有精确时限控制、计时报警及实验金属架按时自动翻转等功能，操作简单，性能优良，完全符合药典的规定。

## 技术指标：

- 1.水浴控温精度： $37^{\circ}\text{C} \pm 0.3^{\circ}\text{C}$
- 2.温度预定范围：30~45 $^{\circ}\text{C}$
- 3.套筒：直径 52mm /高度 60mm
- 4.金属架：直径 50mm/孔径 4mm/板距 30mm
- 5.时限选择：（三种）  
P1：运行 30 分钟，每隔 10 分钟金属架自动翻转一次  
P2：运行 60 分钟，每隔 10 分钟金属架自动翻转一次  
P3：运行 30 分钟，金属架不翻转
- 6.烧杯容积：5 升（标配 3 只烧杯）
- 7.加热功率：1300W
- 8.电源：220V $\pm 10\%$ ，50HZ