

(产品介绍4)


(4) 高温水蒸氣中電纜的劣化評估試驗裝置

- 在輕水反應堆 喪失冷卻水事故(LOCA)時
實機電纜的耐久性試驗

- 系統: 供給水蒸氣
- 壓力: 最大 0.7MPa
- 溫度: 最大 210°C
- 壓力容器: 不銹鋼
 - 容積: 0.76m³
 - サイズ: 內徑Φ1m×長1.1m
- 供給蒸氣量: 2000kg/hr
- 再現環境:
 - 存儲容器內設噴霧器 (化學噴霧器) in BWR,PWR



●Apparatus



HTR
high technology research

KOUKAGIKENKOUYOU Co.,Ltd.