

- L 实验室仪器
- P 在线折光仪
- S 软件
- A 自动化系统



SCHMIDT
HAENSCH
拥有 150 年历史的光电仪器制造公司

德国S+H

DHR 95

手持数字折光仪

双标度值显示



参数	DHR 95
标定方式	蒸馏水
棱镜	光学棱镜
样品温度	5 - 60 °C
环境温度	5 - 40 °C
自动温度补偿范围	5 - 70 °C (0 - 80 Brix)
尺寸(LxWxD)	115 x 54 x 30 mm
重量	85g
供电	2xAAA 电池
防护等级& 符合标准	IP65 防尘防水设计, CE, RoHS

DHR 95 特点

- 支持两种标度显示，例如同时显示RI和Brix:
 - 自动温度补偿Brix
 - 折光率RI
- 5位数字显示, 同屏LCD显示
- 测量时间两秒
- 配套有便携盒

典型应用行业

- 农业
- 医药行业
- 化学化纤工业
- 饮料工业
- 食品行业
- 酿酒行业

主要的型号

型号	两种标度同时显示	量程范围	分辨率	准确度
DHR 95 (标准型号) 订购号 : 16004	Brix 糖度 (锤度) 折光率 RI	0-95 1.33 - 1.54	0.1 0.0001	± 0.2 ± 0.0003
DHR Honey 订购号 : 16009	Brix 糖度 (锤度) 蜂蜜含水率%	0-95 10-30	0.1 0.1	± 0.2 ± 0.2
DHR Wine 订购号 : 16010	干物质% 酒精含量Alcohol Probable (AP)	0-35 0-22	0.1 0.0001	± 0.2 ± 0.2
DHR Oe 订购号 : 16011	干物质% ° Oechsle	0-35 30-130	0.1 1	± 0.2 ± 1
DHR Saline 订购号 : 16012	Brix 糖度 (锤度) 含盐量 (NaCl)	0-54 0-28	0.1 0.1	± 0.2 ± 0.2
DHR Aqua 订购号 : 16013	海水PPT 海水比重SG	0 - 180 1.000 - 1.070	1 0.0005	± 1 ± 0.001
DHR Vet 订购号 : 16014	尿素比重 尿素比重	1.000 - 1.050 1.000 - 1.050	0.0005 0.0001	± 0.001 ± 0.001
DHR PG 订购号 : 16015	丙二醇% (体积百分比) 丙二醇冰点	0-60 0-50	0.1 1	± 0.4 ± 1
DHR EG 订购号 : 16016	乙二醇% (体积百分比) 乙二醇冰点	0-60 0-50	0.1 1	± 0.4 ± 1
DHR DEF 订购号 : 16017	Brix 糖度 (锤度) 车用尿素含量	0-54 0-40	0.1 0.1	± 0.2 ± 0.2

其他型号按用户要求定制！

