

北京市市场监督管理局  
口罩产品质量抽查检验不合格产品名单

序号	样品名称	标称生产企业	产地	标称商标	规格	型号	生产日期或批号	等级	主要不合格项目或主要问题
1	立体设计一次性口罩	总经销/售后服务单位：杭州成昌商贸有限公司 生产企业：仙桃市通达无纺布制品有限公司	湖北	ROLEVIN羅樂氏	约95mm×约175mm	0081S	生产日期：20190518 生产批号：20190518	C级防护效果	过滤效率、防护效果
2	呼吸大师专业防护口罩	荆州思创科技开发有限公司	湖北	呼吸大师	/	折叠式	生产日期：2016年03月04日 生产批号：201603003	合格品	标识
3	PM2.5抗菌防霾口罩（带呼吸阀）	杭州绝尘士科技有限公司	浙江	绝尘士	/	均码	2016年10月6日	KN95	过滤效率
4	防雾霾口罩（舒适型）	委托方企业：哈药集团黑龙江同泰药业有限公司 受委托方企业：仟佰盾（厦门）科技有限公司	福建	图形商标	2枚/盒	/	生产批号：15100166 生产日期：2015年10月15日	/	标识
5	海绵口罩（成人黑色灰色）	制造商：阿莱克斯有限公司	日本	PITTA	3只/袋	/	生产日期：2019.04.01 批号：20190401	/	过滤效率、泄漏性、头带、标识
6	亲净随弃式KN95防护口罩	出品：苏州新纶超净技术有限公司	江苏	亲净（图形）	5只装	QJ8502V	生产批号：20170904A	KN95	标识
7	华孚幔医生®专业防护口罩	出品方：德国Dinnovative GmbH 中国独家代理商：北京鼎卫科技服务有限公司 授权包装商：邯郸恒永防护洁净用品有限公司		Dr. Hoffmann® 华孚幔医生®	2只装	成人款（M）	2017.11.27	合格品	标识
8	PM2.5立体防护口罩	湖北科力迪防护用品有限公司	湖北	/	5个/袋	/	2016/07/18	合格品	过滤效率、泄漏性、标识
9	霍尼韦尔Anti-PM2.5专业防护口罩	霍尼韦尔安全防护设备（上海）有限公司	上海	/	3只净白装	H930	2018.09.03	合格品	标识

10	Airwalker ®鲜行者® 美国进口 滤材 女士防护 口罩(3只 装)	品牌授权商: Mandeville Brothers Inc 美国曼氏兄弟有限责任公司 生产商: 青岛百胜医疗卫生 用品有限公司 中国独家总代理: 北京中佳 泰科技有限公司	山东	鲜行者 Airwalker	中号M码 19×12.5c m	/	20190718	合格品	标识
11	绿之源 绿呼吸专 业防护活 性炭口罩 单只装	委托方: 中国万佳集团有限 公司 China WanJia Group Co., Limited 受委托方: 北京东瑞科技有 限公司	北京	绿呼吸	/	Z-0730	2019.07.20	/	标识
12	PM2.5防护 口罩	广州素沛日用品有限公司	广东	Greensky 绿驰 (图形商 标)	/	均码	限期使用日期: 2 021/12/08	/	泄漏性、标识
13	KN95专业 成人防护 口罩	泰安市恒昌劳动防护用品有 限公司	山东	ASL 安爽利 (图形商 标)	均码	/	11/19/2017	合格品	标识
14	时尚口罩	生产厂商: 北京亚泰佳华科 技有限公司	北京	/	/	/	/	/	过滤效率、泄 漏性、呼气阀 、头带、标识
15	PM2.5防护 口罩	销售企业: 徐州哈库纳商贸 有限公司	江苏	绿荫	/	/	2019.10.31	/	过滤效率、泄 漏性、标识

北京市市场监督管理局  
口罩产品质量抽查检验声称被假冒产品名单

序号	产品名称	抽检场所	标称生产 企业	产地	标称商标	规格	型号	生产日期 或批号	不合格项目	主要问题	声称被 假冒单 位
1	MASK DISPOSABL E MASK	北京周口店华美超市	义乌盛琪 日用品有 限公司	浙江	霾丽净	/	/	/	/	过滤效率 、防护效 果、标识	义乌盛 琪日用 品有限 公司