



## 电力变压器油分析专用色谱仪




| 序号 | 配置              | 数量 |
|----|-----------------|----|
| 1  | GC2200 主机       | 1  |
| 2  | 填充柱进样口          | 1  |
| 3  | 氢火焰离子化检测器 (FID) | 1  |
| 4  | 热导检测器 (TCD)     | 1  |
| 5  | 甲烷转化炉           | 1  |
| 6  | 自动六通阀           | 1  |
| 7  | 色谱柱 P-N+MS-13X  | 1  |
| 8  | 色谱工作站           | 1  |

## 液化石油气分析专用色谱仪




| 序号 | 配置              | 数量 |
|----|-----------------|----|
| 1  | GC2200 主机       | 1  |
| 2  | 填充柱进样口          | 2  |
| 3  | 热导检测器 (TCD)     | 1  |
| 4  | 氢火焰离子化检测器 (FID) | 1  |
| 5  | 色谱柱             | 1  |
| 6  | 色谱工作站           | 1  |

## 非甲烷总烃专用色谱仪




| 序号 | 配置              | 数量 |
|----|-----------------|----|
| 1  | GC2200 主机       | 1  |
| 2  | 填充柱进样口          | 2  |
| 3  | 氢火焰离子化检测器 (FID) | 1  |
| 4  | 自动十通阀           | 1  |
| 5  | 色谱柱             | 2  |
| 6  | 色谱工作站           | 1  |

## 环氧乙烷专用色谱仪




| 序号 | 配置              | 数量 |
|----|-----------------|----|
| 1  | GC2100 主机       | 1  |
| 2  | 填充柱进样口          | 1  |
| 3  | 氢火焰离子化检测器 (FID) | 1  |
| 4  | 顶空进样器           | 1  |
| 5  | 色谱柱             | 1  |
| 6  | 色谱工作站           | 1  |

## 脂肪酸分析专用色谱仪




| 序号 | 配置              | 数量 |
|----|-----------------|----|
| 1  | GC2200 主机       | 1  |
| 2  | 毛细进样口           | 1  |
| 3  | 氢火焰离子化检测器 (FID) | 1  |
| 4  | 色谱柱             | 1  |
| 5  | 色谱工作站           | 1  |

## 食品、药品分析专用色谱仪




| 序号 | 配置              | 数量 |
|----|-----------------|----|
| 1  | GC2200 主机       | 1  |
| 2  | 毛细进样口           | 2  |
| 3  | 氢火焰离子化检测器 (FID) | 1  |
| 4  | 电捕检测器 (ECD)     | 1  |
| 5  | 色谱柱             | 2  |
| 6  | 色谱工作站           | 1  |

## 有机溶剂分析专用色谱仪



| 序号 | 配置              | 数量 |
|----|-----------------|----|
| 1  | GC2200 主机       | 1  |
| 2  | 毛细进样口           | 1  |
| 3  | 氢火焰离子化检测器 (FID) | 1  |
| 4  | 色谱柱             | 1  |
| 5  | 色谱工作站           | 1  |

## 白酒专用色谱仪



| 序号 | 配置              | 数量 |
|----|-----------------|----|
| 1  | GC2200 主机       | 1  |
| 2  | 毛细进样口           | 1  |
| 3  | 氢火焰离子化检测器 (FID) | 1  |
| 4  | 色谱柱             | 1  |
| 5  | 色谱工作站           | 1  |