

残余凹陷度计

型号：BC-AXD-4085

适用领域

残余凹陷度计专业用于 PVC 地板、WPC 橡塑地板残余凹陷度的测试，系该指标测定的常见设备。

工作原理

利用与要求重量一致的砝码及部分设备部件重量，直接作用到样品表面，在一定时间下压的深度作为判定凹陷度的标准。

符合标准

GB/T 4085-2015 半硬质聚氯乙烯块状地板

GB/T 11982.1-2015 聚氯乙烯卷材地板 第 1 部分:非同质聚氯乙烯卷材地板

GB/T 11982.2-2015 聚氯乙烯卷材地板第 2 部分同质聚氯乙烯卷材地板

技术参数

- 1.总负荷：133N（即 13.3kg，GB/T 4085-2015）；500N（即 50kg，GB/T 11982.1 ~ 2-2015）；
- 2.压头： $\phi 6.35$ （GB/T 4085-2015）； $\phi 11.3$ （GB/T 11982.1 ~ 2-2015）；
- 3.压头硬度：淬火处理，约 HRC55；
- 4.可增加百分表，实时测量样品变形；
- 5.计时：最长可达 99 时 60 分 60 秒，与测试操作同步；
- 6.设备尺寸：400*500*530mm；
- 7.电源（计时器用）：220V 50Hz；
- 8.是否能拓展至欧标：能；
- 9.整机重量：约 40kg；
- 10.砝码：3.3kg1 件，10kg2 件，20kg1 件；

发货清单

残余凹陷度计主机，砝码（4 件），样品托盘，测厚仪（选配），说明书（内含合格证）。



保修条款

此《保修条款》为上海京阁仪器设备有限公司发出，针对通过直接销售、经由代理商销售或其他途径销售、经确认为我司售出之产品，提供与服务期限相对应之保修服务，客户使用前请仔细阅读保修细则。

保修细则如下：

1. 保修期的起始时间为产品到客户处，并完成安装调试，由专人验收并在保修证书上签字之日；一年后，保修期终止；此后，我司将继续对客户产品的服务，但服务情况与保修期有所差异；
2. 产品在使用过程中，本公司销售或售后人员，会定时了解客户产品的使用情况。
3. 保修服务范围内的产品，如压缩机、鼓风机等部件发生故障，故障需出现在正常的使用条件下（非第 6 条所述之原因），并经我司技术人员确认，可免费修理或更换损坏部件（为深入查验故障原因，原则上，损坏部件要被退回到本公司。）；
4. 消耗性部件、易损件或试液，如玻璃件、灯管、保险丝、制冷剂等等，不在保修范围之内；
5. 保修工作以恢复产品的技术参数为目标；
6. 因下列原因，导致仪器损坏或不能使用，我司技术人员应客户要求查看确认后，维修时我们将保留收取相应费用的权利；如需更换部件，则按部件成本收取相应费用：
 - 1) 因错误接线，或使用过高电压，导致仪器内部的电子部件损坏的；
 - 2) 私自拆卸、改装、更换零部件导致仪器故障的；
 - 3) 不注意仪器的正常保养，或由不当操作导致仪器设备损坏的；
 - 4) 因储藏、运输、外力压迫等情况导致仪器受损的；
 - 5) 其他意外情况造成仪器不能正常使用或受损的。

注：

1. 本公司在《保修证书》上盖章并经客户方人员签字后，客户方需将《保修证书》扫描回传至本公司，以备本公司备份，《保修证书》原件由客户保留；
2. 客户在要求保修时，原则上需出示《保修证书》，如不能出示，则以本公司备份件为准；
3. 保修工作需在双方工作人员协商沟通、通力合作、并采取最具效率和最低成本的方式完成。

联系方式：

上海京阁仪器设备有限公司

上海市嘉定区曹安公路 3643 号 D 区 307 厂房

电话：021-54314368

传真：021-60403410

邮箱：gary0816@163.com

网址：www.jingur-instr.com

企业微信：

