



五矿国际招标有限责任公司

地 址：北京市海淀区三里河路 5 号 D 座
邮政编码：100044
电 话：86-010-88821615，028-86623861
传 真：86-010-88821703，028-86627062

关于“成都大学附属医院生物安全柜等采购项目（第四次） （项目编号：510101202100273）”中标结果质疑的回复函

成都银泰生物科技有限责任公司：

我公司于 2021 年 09 月 27 日收到贵公司关于“成都大学附属医院生物安全柜等采购项目（第四次）（项目编号：510101202100273）”中标结果的质疑函，随后向采购人、被质疑相关主体成都信远诚医疗仪器有限责任公司抄送质疑函扫描件，并于 2021 年 10 月 09 日组织原评标委员会对质疑内容进行复审。现根据复审情况及政府采购相关规定，回复如下：

质疑事项 1：招标文件第六章 1.1 仪器结构：全自动开放式一体机，自动完成真菌检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验过程。”质疑仪器不具有自动完成真菌检测项目的加样、孵育、洗板、读数等试验功能，不满足招标文件的要求。

回复：经原评标委员会复议，根据招标文件相关要求、成都信远诚医疗仪器有限责任公司的投标文件投标产品技术参数表中技术条款 1.1 的响应情况，原评标委员会一致认为被质疑的技术参数满足招标文件要求。因此，该质疑事项不属实。

质疑事项 2：招标文件第六章▲1.3 试剂应用范围：所有真菌检测项目，包括但不限于：真菌（1，3）-β-D 葡聚糖检测（G 试验）、曲霉半乳甘露聚糖检测（GM 试验）、新型隐球菌荚膜多糖检测（GXM 试验）。质疑仪器不具备相关检测功能，不满足招标文件的要求。

回复：成都信远诚医疗仪器有限责任公司在投标文件投标产品技术参数表中技术条款▲1.3 为响应，但该投标人提供的证明材料不完整。因此，该质疑事项属实。



质疑事项 3：招标文件第六章▲1.10 清洗残留液量：≤2ul/孔。质疑仪器不具备有洗板功能，不满足招标文件的要求。

回复：成都信远诚医疗仪器有限责任公司在投标文件投标产品技术参数表中技术条款▲1.10 为响应，但该投标人提供的证明材料不完整。因此，该质疑事项属实。

质疑事项 4：招标文件第六章▲1.12 标准滤光片配置为至少含：405nm、450nm。质疑仪器不具备滤光片 405nm、450nm 的波长参数要求，不满足招标文件的要求。

回复：成都信远诚医疗仪器有限责任公司在其投标文件中对技术条款▲1.12 的答复为响应，且提供了相应的证明材料，因此，该质疑事项不属实。

事实依据：成都信远诚医疗仪器有限责任公司的投标文件和原评标委员会对质疑的答复。

法律依据：《政府采购质疑和投诉办法》第十四条：投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

《政府采购质疑和投诉办法》第十六条：采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

综上所述，成都银泰生物科技有限责任公司对成都信远诚医疗仪器有限责任公司的质疑事项成立，但未对中标结果构成影响，继续开展采购活动。

质疑人如对本质疑答复不满意，可以在质疑答复期满十五个工作日内向本级财政部门依法提起投诉。

