

## 蒲江县兽医实验室仪器设备采购项目质疑答复

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：四川可达源科技有限公司

地址：成都金牛高新技术产业园区兴盛西路2号2栋3层302号

邮编：610000

法定代表人：杨健

联系电话：15009958118

授权代表：刘建宇

联系电话：15708491038

### 二、被质疑人

被质疑人：四川正嘉招标代理有限公司

通讯地址：成都市蒲江县鹤山街道工业南路2号

邮编：611630

联系人：李先生

联系电话：028-88550807

四川可达源科技有限公司（以下简称质疑人）认为“蒲江县兽医实验室仪器设备采购项目（项目编号：510131202100024）”的采购过程使其合法权益受到损害，于2021年07月16日向四川正嘉招标代理有限公司（以下简称我公司）提出书面质疑，我公司于2021年07月19日收到书面质疑书，依法予以受理，并组织原磋商小组协助答复。现根据《政府采购法》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定，答复如下：

### 一、质疑事项



质疑事项 1:磋商小组对你公司响应文件进行歧视性评分,导致你公司扣分严重问题。

回复:技术参数问题,磋商文件评分表技术参数中“1. “▲”要求没有负偏离得 12 分;“▲”要求有负偏离的每有一项扣 2 分,直至该项所得分值扣完为止。(6 项);带“▲”的参数须提供具备 CMA 认证的检测报告复印件予以佐证并加盖公章,未提供或不满足不得分。”磋商文件要求“生物安全柜, ▲13.产品在 10Hz 和 10kHz 之间的净振动 $\leq 3 \mu\text{m}$ ;”从你公司提供的佐证材料上仅有净振动 $\leq 3 \mu\text{m}$ ,并未体现产品在 10Hz 和 10kHz 之间的净振动 $\leq 3 \mu\text{m}$ ,此处判定为负偏离扣 2 分;其次你公司未带“▲”项负偏离为 11 项,根据磋商文件要求有负偏离的每有一项扣 0.1 分,共计 1.1 分,综上合计扣分为 3.1 分。

供货服务方案与应急预案问题,磋商文件严格按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库[2014]214 号)编制,磋商小组严格按照相关法律法规和磋商文件的要求,对各供应商递交响应文件截止时间之前现场密封递交的响应文件进行独立评价、综合评估与比较打分,每有一项内容未提供或缺失的扣 4 分,每有一项提供但内容不够完整的扣 2 分,然后汇总每个供应商每项评审因素的得分,这是磋商小组的成员依法履职的体现,评审方法和标准合法,合规;现场密封递交的响应文件是各供应商的商业机密,按照政府采购法及相关要求,我公司无权提供给除磋商小组用于评审以外的公司进行学习,借鉴。



质疑事项 2:中标公司以谋取中标为目的,超范围经营、提供虚假承诺问题。

回复:磋商文件严格按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库[2014]214号)编制,成交供应商资格条件相关证明材料符合磋商文件要求,且得分最高,评审符合政府采购法相关要求;其次,本项目为“蒲江县兽医实验室仪器设备采购项目”采购内容中所涉及仪器设备均用作家禽等兽类动物实验研究,并非用于人体医疗;《医疗器械监督管理条例》是为了保证医疗器械的安全、有效,保障人体健康和生命安全,促进医疗器械产业发展,制定本条例;在中华人民共和国境内从事医疗器械的研制、生产、经营、使用活动及其监督管理,适用本条例。因此本项目不属于医疗器械设备定义范畴,也不适用于《医疗器械监督管理条例》。

综上,根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第94号令)第十六条规定,现答复如下:

质疑人四川可达源科技有限公司认为“蒲江县兽医实验室仪器设备采购项目(项目编号:510131202100024)”的采购过程使其合法权益受到损害的质疑不成立,不予采纳。

质疑人对本质疑答复不满意的,可以在质疑答复期满十五个工作日内向本采购项目同级财政部门依法提起投诉。

四川正嘉招标代理有限公司

2021年07月26日

