

质疑回复函

质疑人名称：广西桂名通教育科技有限公司

地址：南宁市西乡塘安吉大道 43 号福安家家具家饰市场批发 2 区 1 栋 3-4 号铺位

企业法定代表人或负责人：韦一笑

联系人：韦一笑 联系电话：15077132326

贵公司关于广西大学研究生院巴马分院生化实验室设备仪器采购及安装项目[HCZC2021-G1-270123-GXDC]项目的质疑函,我公司于 2021 年 9 月 7 日收悉,针对贵公司提出的问题,我公司进行了认真核实,现对质疑事项答复告知如下:

质疑事项 1: 本项目招标文件第二章招标项目采购需求中:

二、样品存贮设备中序号 4★超低温冰箱参数要求:▲8、隔热层:已获专利的 VIP 真空隔热板技术

二、常规样品处理设备中序号 19 掌上离心机参数要求:1、专利多合一转头,免更换(2~1.5ml tube x 8 孔 / 0.5ml tube x 8 孔 / 0.2ml tube x 16 孔)转头。

三、生物类实验设备中序号 10 ★研究级倒置荧光显微镜参数要求:8、光陷阱消杂光荧光激发块,具有专利的零像素漂移技术,有效避免不同波长的激发光产生的细胞结构位移,配置三组光源模块:LED385nm、LED470nm 和 LED560nm; 荧光滤色片组(蓝,绿,红色)。

事实依据: 上述三项产品参数中均涉及专利,相关法规明确规定,不允许限定或者指定特定的专利。

质疑事项 1 答复: 一、样品存贮设备中序号 4★超低温冰箱已通过进口产品论证,面对国内外市场采购。目前国内外市场上具备获得 VIP 真空隔热板技术专利的厂家不少于三家,不属于限定或者指定特定的专利。二、常规样品处理设备中序号 19 掌上离心机在国内市场上采用专利多合一转头的厂家非常多,已经是常规配置,此项货物不属于限定或者指定特定的专利。三、生物类实验设备中序号 10★研究级倒置荧光显微镜已通过进口产品论证,面对国内外市场采购。国

内外市场上配备具有专利的零像素漂移技术的光陷阱消杂光荧光激发块的厂家不少于三家，不属于限定或者指定特定的专利。上述参数设置符合项目需求，市场竞争充分，不存在不合理及排他性，因此驳回贵公司质疑请求。

质疑事项 2：本项目招标文件第二章招标项目采购需求中▲二、商务条款（四）付款条件规定：2、本采购项目分两期付款，第一期合同款在中标供应商按合同约定交货验收合格后，采购人于 2021 年 12 月 31 日前支付合同总金额的 18% 货款；第二期合同款于 2022 年 12 月 31 日前支付合同总金额的 82%（无息）。

事实依据：本项目付款时间不明确，第二期合同款于 2022 年 12 月 31 日前支付具体是什么时间，2022 年 1 月 1 日支付也是在 2022 年 12 月 31 日前。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》二十条 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

质疑事项 2 答复：本项目的采购资金为财政拨款。因财政拨款时间不固定，无法明确合同款支付的具体时间。本条款设置不存在以不合理的条件对供应商进行差别待遇或者歧视待遇，因此驳回贵公司质疑请求，请贵公司根据自己实际情况，综合考虑投标成本及风险。

质疑事项 3：本项目招标文件第二章招标项目采购需求中▲二、商务条款（八）其他商务要求规定：3、若投标人所投产品为样品存储设备：第 4、5 项；常规样品处理设备：第 1、7、14、16、17、20 项；生物类实验设备：第 9、10、11、14、21 项；小型分析类设备：第 7、8、9、10 项；大型分析仪器及精密分析设备：1、2、3、4、6、7、8 项时，应在投标文件中提供所投产品生产厂商或国内总代理（国内总代理商盖章的须同时出具为国内总代理的证明材料）出具针对本项目产品的销售授权书原件，否则，投标无效。

事实依据：相关法规明确规定，不允许通过生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

质疑事项 3 答复：▲二、商务条款（八）其他商务要求其他商务要求第 3 点所列货物均经过进口产品论证，面向国内外采购，当使用进口产品投标时需要

提供所投产品生产厂家或国内总代理(国内总代理商盖章的须同时出具为国内总代理的证明材料)出具针对本项目产品的销售授权书原件,采用国产产品投标时不需提供。本项需求设置符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定,不存在以不合理的条件对供应商进行差别待遇或者歧视待遇,因此驳回贵公司质疑请求。

如贵公司认为本答复不满意,可在质疑答复后十五个工作日内向同级财政部门投诉。

感谢贵公司对本项目采购活动的监督与支持!特此回复!

采购代理机构:广西达成咨询有限公司

2021年9月10日

