



**CZY-01B 初粘性测试仪**是一款按照中华人民共和国药典黏附力检测方法、YY/T0148 医用胶带通用要求之规定设计制造，适用于医用胶布、医用贴膏剂等产品黏附力性能之初粘性测试试验。

### 一、基本信息

<b>品名</b>	初粘性测试仪	<b>型号</b>	CZY-01B
<b>品牌</b>	泉科瑞达	<b>产地</b>	山东.济南

### 二、试验原理

采用斜面滚球法原理，通过钢球和压敏胶粘带试样粘性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带对钢球的粘附作用所粘住的钢球号来表征试样初粘性能。



将样品粘性面朝上，调整仪器倾斜30度，从最大号者取钢滚球，依序使之自由下落，记录能粘在试样上保持5秒以上之球号。

### 三、产品特征

采用斜面滚球法的测试原理，测试试样的瞬间粘附性能

测试倾斜角度可以按照用户的需求进行 0°-60°自由调整

### 四、技术参数

可调倾角：0-60°

台面宽度：120mm

试区宽度：80mm

钢球：46 颗(即 1 号-46 号钢球)

重量：8 kg

外形尺寸：320mm (长) ×140mm (宽) ×180 (高) mm

### 五、参考标准

该仪器参考 中华人民共和国药典黏附力检测方法、YY/T0148 医用胶带通用要求

注：不同标准需要订制不同夹具或试验程序开展相关试验。

### 六、配置

标准配置：主机、钢球（46颗）

注：不干胶产品请选用 CZY-01A 型号产品。

注：泉科瑞达仪器致力于产品性能和功能的创新及改进，产品技术规格、外观、界面亦会相应更改。上述情况恕不另行通知，您可登陆 [www.qktester.com](http://www.qktester.com) 获取最新信息，本公司保留修改权与最终解释权。