



SHA-B (A)

双功能水浴恒温振荡器



THZ-82 (A)

回旋式水浴恒温振荡器



SHA-C (A)

往复水浴恒温振荡器



ZD-85 (A)

双功能水浴恒温振荡器



SHZ-82 (A)

回旋式气浴恒温振荡器



CHA-S (A)

往复气浴恒温振荡器

序号	型号	产品名称	主要技术参数	出产价 (元)
1	RH-QG	光照全温震荡器	控温范围 5~50℃, 全光照功率 30W×6, 频率起动~260 转/分	19800
2	DHZB-500	振荡培养箱 (静止)	控温范围室温~50℃, 频率起动~260 转/ 分, 无级可调	6280
3	SHA-C	数显水浴恒温震荡器	控温范围室温~100℃, 温度均匀度 ±0.5℃, 工作方式: 往复	4980
4	SHA-CA	数显水浴恒温震荡器	控温范围室温~100℃, 温度均匀度 ±0.5℃, 工作方式: 往复, 数显测速	5300

5	THZ-82	数显水浴恒温震荡器	控温范围室温~100℃, 温度均匀度±0.5℃, 工作方式: 回旋	4980
6	THZ-82A	数显水浴恒温震荡器	控温范围室温~100℃, 温度均匀度±0.5℃, 工作方式: 回旋, 数显测速	5300
7	SHA-B	数显水浴恒温震荡器	控温范围室温~100℃, 温度均匀度±0.5℃, 工作方式: 往复、回旋	6200
8	SHA-BA	数显水浴恒温震荡器	控温范围室温~100℃, 温度均匀度±0.5℃, 工作方式: 往复, 回旋测速	6700
9	CHA-S	数显气浴恒温震荡器	控温范围室温~50℃, 温度均匀度±1℃, 工作方式: 往复	4860
10	CHA-SA	数显气浴恒温震荡器	控温范围室温~50℃, 温度均匀度±1℃, 工作方式: 往复, 数显测速	5300
11	SHZ-82	数显气浴恒温震荡器	控温范围室温~50℃, 温度均匀度±1℃, 工作方式: 回旋	4860
12	SHZ-82A	数显气浴恒温震荡器	控温范围室温~50℃, 温度均匀度±1℃, 工作方式: 回旋, 数显测速	5300
13	ZD-85	数显气浴恒温震荡器	控温范围室温~50℃, 温度均匀度±1℃, 工作方式: 往复, 回旋	6200
14	ZD-85A	数显气浴恒温震荡器	控温范围室温~50℃, 温度均匀度±1℃, 工作方式: 往复, 回旋测速	6800

以上仪器 6 折含税含运费 现货供应

金坛市科析仪器有限公司 北京办事处

电话: 010-82928824

传真: 010-82911961

联系人: 杨日甥